

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg

Opslag steriele materialen

Werkgroep Infectie Preventie
Vastgesteld: januari 2004
Gewijzigd: februari 2004
Revisie: januari 2009

Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP, bijgedragen door:
de heer prof. dr. H.J.M. Cools, De Bieslandhof, Delft; mevrouw E. Dekker, St.Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam en mevrouw G.V.M. Koopmans-Zwanenburg, Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag.

Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld.

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn.

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl.

DISCLAIMER

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Werkgroep Infectie Preventie
p/a Leids Universitair Medisch Centrum
Kamer C7-P-131
Postbus 9600
2300 RC Leiden
T 071 52 66 756
E stwip@wip.nl
I www.wip.nl

Inhoudsopgave

1	Algemeen.....	1
2	Opslag in het centraal magazijn.....	1
3	Opslag op de zorgafdeling.....	1
Bijlage A.	Literatuur	3

1 Algemeen

Zie hiervoor ook de richtlijnen Steriliseren en steriliteit [1].

- ☞ De transportverpakking moet onbeschadigd zijn en mag geen vochtplekken en dergelijke hebben.

De verpakking vanaf de leverancier bestaat uit een drietal lagen:

1. straatverpakking/transportverpakking
2. distributieverpakking/afdelingsverpakking
3. direct omsluitende verpakking

2 Opslag in het centraal magazijn

Zie hiervoor ook de richtlijnen Steriliseren en steriliteit [1].

- ☞ Bulkvoorraad (=straatverpakking/transportverpakking) van gesteriliseerde materialen mag in het centraal magazijn alleen bij andere goederen worden opgeslagen, als de straatverpakking/transportverpakking niet is verbroken.

Steriele materialen in straatverpakking/transportverpakking moeten vrij staan van vloer, buitenmuren en plafond.

- ☞ Als de straatverpakking/transportverpakking geopend of beschadigd is, zal opslag van de inhoud, ontdaan van de straatverpakking/transportverpakking, in een magazijn voor steriele materialen moeten plaatsvinden. Als een dergelijk magazijn er niet is, kan worden volstaan met opslag in gesloten kasten in het centraal magazijn.

Hierin kunnen ook in eigen beheer gesteriliseerde materialen en steriele materialen in distributieverpakking/afdelingsverpakking worden opgeslagen, conform de richtlijnen Steriliseren en steriliteit [1].

- ☞ Producten in beschadigde straatverpakking/transportverpakking mogen alleen worden overgepakt als de direct omsluitende verpakking nog intact is. Dit mag alleen gebeuren na goedkeuring en onder toezicht van de door de directie aangewezen verantwoordelijke persoon.

3 Opslag op de zorgafdeling

Bij goede verpakking bestaat geen bezwaar tegen opslag van gedesinfecteerde en steriele materialen in dezelfde ruimte of kast. Wel moeten de artikelen gescheiden van niet-steriele, niet-gedesinfecteerde en vuile materialen worden opgeslagen.

- ☞ De kast moet worden geplaatst in een ruimte waarin zo min mogelijk kans op besmetting van materialen bestaat, dus niet in een badkamer, bewonerskamer of spoelruimte.
- ☞ De kast moet van goed te reinigen materiaal zijn gemaakt en moet stofvrij worden gehouden.
- ☞ Er dienen van steriele materialen niet te grote voorraden te worden ingekocht zodat de expiratedatum (de datum tot welke de steriliteit kan worden gegarandeerd) niet wordt overschreden.
- ☞ De omvang van de voorraad moet zo beperkt mogelijk worden gehouden, met een aanvulfrequentie van minimaal eenmaal per week.

Aanvulling van materialen op de zorgafdeling moet plaatsvinden op basis van daadwerkelijk gebruik.

- ☞ Het “first-in-first-out”-principe moet worden gehanteerd.
- ☞ Bij het aanvullen van de voorraad moeten de verpakkingen en vervaldata worden gecontroleerd.
- ☞ Beschadiging van de verpakkingen moet worden voorkomen.
Plakbandjes, elastiekjes, veiligheidsspelden, nietjes en dergelijke beschadigen de verpakking en mogen niet worden gebruikt.
- ☞ Alle steriele materialen die verpakt zijn in de direct omsluitende verpakking, moeten gesorteerd en overzichtelijk worden opgeslagen.

Bijlage A. Literatuur

1. NNI-normcie, Richtlijnen steriliseren en steriliteit. 1991(Richtlijn 5300).