



**De informatie in dit document is niet meer actueel. Vanaf 1 september is herverwerking van single-use medische materialen niet meer toegestaan. Herverwerking van single-use medische materialen werd eerder tijdelijk toegestaan als een laatste redmiddel bij schaarste (zie [Kamerbrief Covid-19 Update stand van zaken 15 april 2020](#)).**

LCI

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

T 030 274 7000  
[lci@rivm.nl](mailto:lci@rivm.nl)

### **Voorstel persoonsgebonden hergebruik van een mondneusmasker door zorgpersoneel**

T 030 274 3818

Voorstel: In verband met de schaarste van mondneusmaskers onder zorgpersoneel kan worden overwogen het eenmaal opnieuw gebruiken van een mondneusmasker toe te staan bij zorgpersoneel wanneer geen nieuw mondneusmasker voorhanden is.

Voorwaarden zijn dat een masker slechts eenmaal hergebruikt wordt, dit strikt persoonsgebonden plaatsvindt en er een geschikte bewaaromstandigheid aanwezig is. Maskers die gebruikt zijn bij een symptomatische bevestigde patiënt worden ook niet hergebruikt. Na een bewaarperiode van minimaal zeven dagen waarin het masker ook kan drogen kan het masker eenmalig worden hergebruikt.

Instructie: Een mondneusmasker kan eenmaal worden hergebruikt. Hiertoe wordt het mondneusmasker na eerste gebruik door de zorgverlener afgedaan zonder het masker onnodig aan te raken. Op het masker worden de naam of de initialen van de medewerker genoteerd. Het masker wordt eerst enkele uren opgehangen om te kunnen drogen of indien mogelijk in een droogstoof gedroogd. Daarna wordt het bij voorkeur geplaatst in een verpakking die voor sterilisatie is geschikt, en anders in een papieren zak of doosje. Op de verpakking noteert men de datum van eerste gebruik en de naam van de zorgverlener. De verpakking wordt opgeborgen, waarna handhygiëne wordt toegepast. Gedurende minimaal zeven dagen wordt het masker bewaard. Alvorens hergebruik wordt het mondneusmasker gemarkeerd om een tweede maal hergebruik uit te sluiten. Maskers die zichtbaar vervuild of beschadigd zijn kunnen niet worden hergebruikt. Als een positieve patiënt is bezocht die hoest of niest door een SARS-Cov-2 infectie of een andere bevestigde infectieziekte, dan wordt het masker niet hergebruikt.

#### Literatuur:

CDC Recommended guidance for extended use and limited reuse of N95 filtering facepiece respirators in healthcare settings  
<https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextendeduse.html>

APIC Position Paper: Extending the Use and/or Reusing Respiratory Protection in Healthcare Settings During Disaster  
[http://www.apic.org/Resource/TinyMceFileManager/Advocacy-PDFs/APIC\\_Position\\_Ext\\_the\\_Use\\_and\\_or\\_Reus\\_Resp\\_Prot\\_in\\_Hlthcare\\_Settings1209l.pdf](http://www.apic.org/Resource/TinyMceFileManager/Advocacy-PDFs/APIC_Position_Ext_the_Use_and_or_Reus_Resp_Prot_in_Hlthcare_Settings1209l.pdf)